Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 -20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

SCHEDA TECNICA
AGO DA INIEZIONE, MONOUSO, STERILE

CND: G03020101
RDM:135588
Cod forn: AF-DXXXXPNXXXX
Cod prod E- AF-DXXXXPNXXXX
Classe lla

MATERIALI

I materiali con cui sono state realizzate le diverse parti del dispositivo sono elencati nella tabella sottostante.

Parte	Materiale
Parte interna canale opertivo	Teflon (PTFE)
Ago	Acciaio inossidabile
Canale operativo ricoperto	Teflon

DIMENSIONI

Codice Produttore	Codice Fornitore	Diametro e lunghezza operativa	Diametro Ago
AF-D1816PN2304	E-AF-D1816PN2304	Φ1.8×1650 (mm)	23G
AF-D1816PN2504	E-AF-D1816PN2504	Φ1.8×1650 (mm)	25G
AF-D1816PN2305	E-AF-D1816PN2305	Φ1.8×1650 (mm)	23G
AF-D1865PN2505	E-AF-D1865PN2505	Φ1.8×1650 (mm)	25G
AF-D1816PN2306	E-AF-D1816PN2306	Φ1.8×1650 (mm)	23G

Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 -20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

AF-D1816PN2308	E-AF-D1816PN2308	Φ1.8×1650 (mm)	23G
AF-D2416PN2104	E-AF-D2416PN2104	Φ2.4×1650 (mm)	21G
AF-D2416PN2304	E-AF-D2416PN2304	Φ2.4×1650 (mm)	23G
AF-D2416PN2504	E-AF-D2416PN2504	Φ2.4×1650 (mm)	25G
AF-D2416PN2105	E-AF-D2416PN2105	Φ2.4×1650 (mm)	21G
AF-D2416PN2505	E-AF-D2416PN2505	Φ2.4×1650 (mm)	25G
AF-D2416PN2306	E-AF-D2416PN2306	Φ2.4×1650 (mm)	23G
AF-D2416PN2506	E-AF-D2416PN2506	Φ2.4×1650 (mm)	25G
AF-D2416PN2108	E-AF-D2416PN2108	Φ2.4×1650 (mm)	21G
AF-D2423PN2304	E-AF-D2423PN2304	Φ2.4×2300 (mm)	23G
AF-D2423PN2504	E-AF-D2423PN2504	Φ2.4×2300 (mm)	25G
AF-D2423PN2305	E-AF-D2423PN2305	Φ2.4×2300 (mm)	23G
AF-D2423PN2505	E-AF-D2423PN2505	Φ2.4×2300 (mm)	25G
AF-D2423PN2306	E-AF-D2423PN2306	Φ2.4×2300 (mm)	23G
AF-D2423PN2506	E-AF-D2423PN2506	Φ2.4×2300 (mm)	25G

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO

Leggere attentamente le avvertenze prima dell'utilizzo.
Accertarsi che lo strumento non sia danneggiato o difettoso.
Se si riscontrano difetti o danni, dopo aver rimosso lo strumento dall'imballo, non utilizzarlo sul paziente e rispedirlo immediatamente alla Medimar srl.
Lo strumento viene fornito sterile e può essere utilizzato solo una volta.
Non utilizzare dopo la data di scadenza.

ISTRUZIONI PER L'USO

La punta dell'ago deve essere ritratta completamente nel tubo di Teflon per essere inserita all'interno del canale operativo dell'endoscopio.
Verificare che il diametro sia compatibile con quello dell'endoscopio.
Non piegare l'ago per scleroterapia.
1. Posizionare la punta distale dell'ago di fronte al punto da trattare. Collegare una siringa, piena di soluzione per scleroterapia od altro, attraverso il connettore Luer-Lock del dispositivo.
2. Estrarre l'ago dal tubo di Teflon spingendo l'impugnatura finché non si arresta.
3. Pungere il punto d'interesse con l'ago ed iniettare la soluzione per scleroterapia con attenzione, applicando una pressione costante e continua sullo stantuffo della siringa.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Non appoggiare alcun oggetto sull'imballo
Conservare lontano da prodotti chimici pericolosi.
Non esporre il prodotto ai raggi diretti o indiretti del sole, raggi UVA, raggi X

Medimar S.r.l.
strumenti medicali

Medimar S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via Ebro, 8 -20141 Milano
Tel. +39 02 57410545 Fax +39 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it
PEC: medimarsrl@pec.ultraposta.net

Una conservazione sbagliata del prodotto non dà diritto ad alcun reclamo.
La data di sterilizzazione e la scadenza sono apposti sull'imballaggio.
Non riutilizzare il prodotto.

BIOCOMPATIBILITÀ

La biocompatibilità del dispositivo è definita in accordo al ISO 10993-1

VALIDITÀ

Il dispositivo ha un tempo di vita pari a 3 anni a partire dalla data di sterilizzazione

STERILIZZAZIONE

Il dispositivo è stato sterilizzato con EO Gas

CONFEZIONAMENTO

Dispositivo confezionato singolarmente con i seguenti materiali

Cartone	60g/m^2	EN 868-1, EN 868-3, BGA XXXVI e FDA CRF21
Rivestimento di plastica	-PE	DM 21/03/73 del minister italiano della salute e FDA CFR21

PRODUTTORE

Alton (Shanghai) Medical Instruments Co., Ltd.,
Lingshi rd. 693-JIA, 200072, Shanghai (Cina)
Telefono:+86-021-56778511 Fax:86-021-66307823

DISTRIBUTORE

Medimar S.r.l
20141 Milano - Via Ebro, 8
Tel 02 57410545
Fax 02 57410566
E-mail: info@medimaritalia.it